Status Record History

Status Date	Status Time	Test Type	Status Message
01/19/2014	03:07:00	DUI Subject Record	Simulator Out of Range

Breath Record History

Test Date	Test Time	Agency	Operator Name	Alcohol Val. 1	Alcohol Val. 2	Sim. Conc. 1	Sim. Conc. 2	Status Message
01/02/2014	01:28:59	NEW HAVEN VSP	JOSEPH T SZAREJKO	0.120	0.119	0.094	0.094	
01/17/2014	23:18:07	NEW HAVEN VSP	EDEN R NEARY	0.080		0.094		
01/18/2014	18:34:43	NEW HAVEN VSP	KAITLYN ARMSTRONG	0.173		0.094		
01/19/2014	02:03:57	NEW HAVEN VSP	JOSEPH T SZAREJKO	0.108		0.093		
01/19/2014	03:02:43	MIDDLEBURY PD	VEGAR BOE	0.092		0.093	0.091	Simulator Out of Range
01/19/2014	03:09:04	MIDDLEBURY PD	VEGAR BOE	0.093	0.094	0.093	0.093	
01/20/2014	03:41:01	NEW HAVEN VSP	KAITLYN ARMSTRONG	0.126	0.128	0.093	0.093	
01/24/2014	01:43:18	NEW HAVEN VSP	EDEN R NEARY	0.102		0.093		
01/24/2014	03:55:12	NEW HAVEN VSP	JOSEPH T SZAREJKO	0.064		0.093		