State of Vermont
DMHost for Windows

Breath Test Summary

TestDate between '11/1/2015' and '12/1/2015'

Serial #	Test Date/Time	Sample 1	1	Sample 2	2	Sample 3	3	Samplel 4	4	Sample 5	5	Sample 6	6	Sim 1	Sim T*	Sim 2	Sim T*	Sim Lot	Target	Status Code
100132	11/17/2015 05:15	0.332		0.331										0.097	34.1	0.096	34.1	15-05-100	0.099	
100134	11/01/2015 04:07	0.088		0.106										0.102	34.0	0.101	34.0	15-01-100	0.098	
100134	11/08/2015 05:10	0.131		0.118										0.101	34.0	0.101	34.0	15-01-100	0.098	
100134	11/09/2015 08:58	0.038												0.100	33.9			15-01-100	0.098	
100134	11/15/2015 10:00	0.143												0.101	34.0			15-01-100	0.098	
100134	11/20/2015 10:11	0.151												0.099	34.0			15-01-100	0.098	
100134	11/25/2015 11:44	0.169		0.166										0.099	34.0	0.099	34.1	15-01-100	0.098	
100135	11/04/2015 02:12	0.088		0.088										0.098	33.9	0.099	33.9	15-12-100	0.099	
100135	11/08/2015 12:26	0.075												0.099	33.9			15-12-100	0.099	
100135	11/14/2015 03:02	0.085		0.085										0.099	33.9	0.098	33.9	15-12-100	0.099	
100135	11/15/2015 01:04	0.112		0.108										0.099	33.9	0.098	33.9	15-12-100	0.099	
100135	11/22/2015 12:25	0.117		0.120										0.099	33.9	0.097	33.9	15-12-100	0.099	
100135	11/26/2015 01:01	0.133												0.098	33.9			15-12-100	0.099	
100136	11/01/2015 04:45	0.124		0.123										0.098	34.0	0.097	33.9	15-13-100	0.099	
100136	11/11/2015 12:42													0.098	34.0			15-13-100	0.099	103
100136	11/25/2015 03:06	0.309		0.302										0.096	33.9	0.095	33.7	15-13-100	0.099	
100137	11/07/2015 07:41		R											0.096	34.0			15-09-100	0.099	
100137	11/07/2015 08:03	0.127		0.123										0.095	34.0	0.095	34.0	15-09-100	0.099	
100138	11/07/2015 11:23	0.173												0.097	34.0			15-06-100	0.100	
100138	11/15/2015 04:22	0.117												0.096	34.0			15-06-100	0.100	
100138	11/15/2015 05:43	0.137		0.128										0.096	33.9	0.096	34.0	15-06-100	0.100	
100138	11/21/2015 01:12		R											0.096	34.0			15-06-100	0.100	
100138	11/21/2015 06:20	0.227		0.227										0.095	33.9	0.096	34.0	15-06-100	0.100	
100138	11/30/2015 06:59	0.195		0.195										0.096	34.0	0.095	34.0	15-06-100	0.100	
100139	11/07/2015 11:11		X		X									0.099	34.2	0.098	34.2	15-09-100	0.099	
100139	11/07/2015 11:21	0.100		0.092										0.098	33.9	0.099	33.9	15-09-100	0.099	
100139	11/08/2015 12:19		R											0.098	33.9			15-09-100	0.099	
100139	11/13/2015 05:24	0.079												0.098	34.1			15-09-100	0.099	
100139	11/14/2015 07:50	0.128												0.097	34.1			15-09-100	0.099	
100139	11/15/2015 01:56	0.108		0.104										0.097	34.1	0.097	34.2	15-09-100	0.099	

State of Vermont
DMHost for Windows

Breath Test Summary

TestDate between '11/1/2015' and '12/1/2015'

Serial #	Test Date/Time	Sample 1	1	Sample 2	2	Sample 3	3	Samplel 4	4	Sample 5	5	Sample 6	6	Sim 1	Sim T*	Sim 2	Sim T*	Sim Lot	Target	Status Code
100139	11/17/2015 07:56													0.097	34.0			15-09-100	0.099	103
100139	11/17/2015 08:02													0.096	34.0			15-09-100	0.099	103
100139	11/17/2015 08:07		R											0.097	34.1			15-09-100	0.099	
100139	11/20/2015 02:24	0.095												0.097	34.0			15-09-100	0.099	
100139	11/26/2015 02:31	0.077												0.096	34.1			15-09-100	0.099	
100140	11/01/2015 04:17	0.100												0.095	33.9			15-06-100	0.100	
100140	11/01/2015 06:41	0.227												0.095	34.0			15-06-100	0.100	
100140	11/08/2015 09:24	0.293												0.098	33.9			15-13-100	0.099	
100140	11/12/2015 08:31	0.146												0.097	33.9			15-13-100	0.099	
100140	11/18/2015 07:04													0.097	33.9			15-13-100	0.099	103
100140	11/18/2015 08:09	0.150												0.097	33.9			15-13-100	0.099	
100140	11/25/2015 11:52	0.120		0.126										0.097	33.9	0.097	33.9	15-13-100	0.099	
100141	11/01/2015 05:19	0.159												0.094	34.0	0.093	33.9	15-05-100	0.099	11
100141	11/26/2015 03:25	0.099												0.098	34.0			15-23-100	0.097	12
100142	11/13/2015 05:42		R											0.097	34.0			15-09-100	0.099	
100143	11/03/2015 04:34	0.195												0.098	34.0			15-01-100	0.098	
100143	11/13/2015 04:58	0.150		0.164										0.096	34.0	0.094	34.0	15-01-100	0.098	
100143	11/20/2015 12:04		I		I		I		I	0.162				0.097	34.1	0.095	34.1	15-01-100	0.098	
100143	11/20/2015 12:42		I	0.159										0.095	34.0			15-01-100	0.098	
100143	11/21/2015 02:59		R											0.097	34.0			15-01-100	0.098	
100144	11/01/2015 01:25	0.137		0.147										0.102	34.1	0.102	34.1	15-13-100	0.099	
100144	11/04/2015 10:48	0.129												0.101	34.1			15-13-100	0.099	
100144	11/10/2015 05:14		R											0.101	34.1			15-13-100	0.099	
100144	11/15/2015 09:29	0.189												0.100	34.2			15-13-100	0.099	
100144	11/16/2015 10:50	0.075												0.101	34.1			15-13-100	0.099	
100144	11/27/2015 11:15		R											0.100	34.1			15-13-100	0.099	
100146	11/02/2015 12:37	0.118												0.097	33.8			15-09-100	0.099	
100146	11/14/2015 02:42													0.097	33.8			15-09-100	0.099	103
100146	11/14/2015 02:47																	15-09-100		17
100146	11/14/2015 02:50																	15-09-100		17
100146	11/14/2015 02:55		R											0.097	33.8			15-09-100	0.099	

State of Vermont
DMHost for Windows

Breath Test Summary

TestDate between '11/1/2015' and '12/1/2015'

Serial #	Test Date/Time	Sample 1	1	Sample 2	2	Sample 3	3	Samplel 4	4	Sample 5	5	Sample 6	6	Sim 1	Sim T*	Sim 2	Sim T*	Sim Lot	Target	Status Code
100146	11/15/2015 07:36	0.102		0.105										0.097	33.8	0.097	33.7	15-09-100	0.099	
100146	11/22/2015 02:31																	15-09-100		17
100146	11/22/2015 02:35	0.070												0.098	33.8			15-09-100	0.099	
100146	11/25/2015 02:13	0.307												0.097	33.8			15-09-100	0.099	16
100146	11/25/2015 02:20																	15-09-100		17
100146	11/25/2015 02:24																	15-09-100		17
100148	11/01/2015 03:06	0.282												0.095	34.1			15-01-100	0.098	
100148	11/15/2015 06:17	0.112												0.095	34.1			15-01-100	0.098	103
100148	11/15/2015 10:44		R											0.095	34.1			15-01-100	0.098	
100148	11/21/2015 03:51		R											0.095	34.1			15-01-100	0.098	
100148	11/29/2015 10:12	0.114												0.095	34.1	0.092	34.0	15-01-100	0.098	11
100148	11/29/2015 10:19													0.094	34.0			15-01-100	0.098	103
100149	11/08/2015 12:42													0.094	34.0			15-07-100	0.100	11
100149	11/08/2015 12:45	0.198												0.095	33.9			15-07-100	0.100	
100149	11/13/2015 07:04	0.080												0.096	33.9			15-07-100	0.100	
100149	11/14/2015 10:05	0.110												0.095	33.9			15-07-100	0.100	
100149	11/20/2015 02:09	0.098		0.094										0.095	33.9	0.095	33.9	15-07-100	0.100	
100152	11/07/2015 05:23	0.079												0.099	34.1			15-07-100	0.100	
100152	11/07/2015 08:02	0.123		0.121										0.100	34.0	0.099	34.1	15-07-100	0.100	
100152	11/23/2015 06:26	0.112		0.112										0.097	34.0	0.098	34.0	15-07-100	0.100	
100153	11/01/2015 01:58	0.194		0.204										0.098	34.0	0.098	34.0	15-13-100	0.099	
100153	11/04/2015 10:28	0.231												0.099	34.0			15-13-100	0.099	
100153	11/04/2015 11:28	0.060												0.098	34.0			15-13-100	0.099	
100153	11/17/2015 02:22	0.301												0.098	33.9			15-13-100	0.099	16
100153	11/17/2015 02:29	0.306												0.097	34.0			15-13-100	0.099	
100153	11/21/2015 02:09	0.005												0.098	34.0			15-13-100	0.099	
100153	11/26/2015 12:24	0.190												0.097	34.0			15-13-100	0.099	
100153	11/27/2015 06:20	0.192												0.098	34.0			15-13-100	0.099	
100155	11/01/2015 01:32	0.089		0.091										0.099	34.1	0.099	34.1	15-09-100	0.099	
100156	11/01/2015 01:05	0.077												0.100	33.9			15-09-100	0.099	
100156	11/01/2015 01:52		R											0.098	33.9			15-09-100	0.099	

State of Vermont
DMHost for Windows

Breath Test Summary

TestDate between '11/1/2015' and '12/1/2015'

Serial #	Test Date/Time	Sample 1	1	Sample 2	2	Sample 3	3	Samplel 4	4	Sample 5	5	Sample 6	6	Sim 1	Sim T*	Sim 2	Sim T*	Sim Lot	Target	Status Code
100156	11/07/2015 07:26	0.261		0.259										0.097	33.9	0.099	33.9	15-09-100	0.099	
100156	11/10/2015 07:52	0.198												0.100	33.9			15-09-100	0.099	
100156	11/13/2015 02:43	0.106												0.099	34.0			15-09-100	0.099	
100156	11/14/2015 03:25	0.177												0.098	34.0			15-09-100	0.099	
100156	11/21/2015 02:06	0.133		0.141										0.097	33.9	0.096	34.0	15-09-100	0.099	
100156	11/21/2015 03:02	0.120												0.097	34.0			15-09-100	0.099	
100156	11/26/2015 02:08	0.129												0.096	34.0			15-09-100	0.099	
100157	11/18/2015 11:04	0.148												0.096	34.0	0.094	34.0	15-12-100	0.099	
100157	11/25/2015 12:07	0.271												0.094	34.0			15-12-100	0.099	103
100157	11/25/2015 02:10													0.093	34.0			15-12-100	0.099	11
100157	11/25/2015 02:14	0.000		0.000										0.094	34.0	0.095	34.0	15-12-100	0.099	
100157	11/25/2015 10:02	0.191												0.095	34.0	0.093	34.0	15-12-100	0.099	11
100157	11/29/2015 01:32		I		V									0.098	33.9			15-13-100	0.099	
100158	11/30/2015 08:59		R											0.096	34.0			15-07-100	0.100	
100161	11/10/2015 05:04													0.097	34.1			15-05-100	0.099	103
100162	11/03/2015 02:03		R											0.098	34.0			15-12-100	0.099	
100162	11/03/2015 02:22	0.075												0.098	34.0			15-12-100	0.099	
100162	11/05/2015 06:52	0.099		0.102										0.097	34.0	0.097	34.0	15-12-100	0.099	
100162	11/08/2015 01:59		I		I		I		I	0.092				0.097	34.0	0.098	34.0	15-12-100	0.099	
100162	11/08/2015 11:28	0.229		0.217										0.096	34.0	0.096	34.0	15-12-100	0.099	
100162	11/14/2015 01:55		R											0.097	34.1			15-12-100	0.099	
100162	11/14/2015 02:58	0.128												0.096	34.1	0.096	34.1	15-12-100	0.099	
100162	11/14/2015 03:20	0.125		0.125										0.097	34.0	0.097	34.1	15-12-100	0.099	
100162	11/16/2015 01:18		I		I	0.259		0.246						0.097	34.1	0.095	34.0	15-12-100	0.099	
100162	11/26/2015 10:27		R											0.097	34.1			15-12-100	0.099	
100162	11/28/2015 03:15	0.230		0.213										0.097	34.0	0.095	34.0	15-12-100	0.099	
100164	11/01/2015 07:57	0.169												0.095	33.9			15-05-100	0.099	
100164	11/04/2015 02:20	0.158												0.096	34.1			15-05-100	0.099	
100164	11/04/2015 10:17	0.124												0.097	34.0			15-05-100	0.099	
100164	11/05/2015 11:52	0.100												0.097	34.0			15-05-100	0.099	
100164	11/06/2015 01:08		R											0.097	34.1			15-05-100	0.099	

State of Vermont
DMHost for Windows

Breath Test Summary

TestDate between '11/1/2015' and '12/1/2015'

Serial #	Test Date/Time	Sample 1	1	Sample 2	2	Sample 3	3	Samplel 4	4	Sample 5	5	Sample 6	6	Sim 1	Sim T*	Sim 2	Sim T*	Sim Lot	Target	Status Code
100164	11/07/2015 03:12	0.133												0.097	34.1			15-05-100	0.099	103
100164	11/08/2015 02:41	0.158												0.097	34.0			15-05-100	0.099	
100164	11/08/2015 04:24	0.110		0.108										0.098	34.1	0.097	34.1	15-05-100	0.099	
100164	11/10/2015 03:33													0.095	34.1			15-05-100	0.099	103
100164	11/10/2015 03:50		R											0.096	34.0			15-05-100	0.099	
100164	11/12/2015 07:29	0.081		0.087										0.096	34.1	0.096	34.0	15-05-100	0.099	
100164	11/13/2015 02:12	0.176		0.178										0.096	33.9	0.095	34.1	15-05-100	0.099	
100164	11/14/2015 02:59	0.137												0.096	34.0	0.095	34.0	15-05-100	0.099	
100164	11/21/2015 06:33	0.153												0.095	34.0			15-05-100	0.099	
100164	11/22/2015 03:07	0.081		0.087										0.096	34.1	0.097	34.0	15-05-100	0.099	
100164	11/22/2015 03:53	0.096		0.091										0.096	34.1	0.095	34.0	15-05-100	0.099	
100164	11/22/2015 06:50	0.074												0.096	34.0			15-05-100	0.099	
100164	11/26/2015 01:10	0.138												0.095	34.1			15-05-100	0.099	
100164	11/26/2015 09:35	0.114												0.095	34.0			15-05-100	0.099	
100164	11/28/2015 02:30		R											0.096	34.0			15-05-100	0.099	
100164	11/29/2015 01:11	0.206												0.096	34.1			15-05-100	0.099	
100164	11/29/2015 02:34	0.092		0.095										0.095	34.1	0.095	34.1	15-05-100	0.099	
100164	11/29/2015 03:47	0.247		0.241										0.096	34.1	0.095	34.1	15-05-100	0.099	
100165	11/19/2015 02:18		R											0.098	34.2			15-09-100	0.099	
100165	11/19/2015 02:46	0.162												0.097	34.2			15-09-100	0.099	
100165	11/19/2015 07:34	0.111		0.109										0.099	34.2	0.098	34.2	15-09-100	0.099	
100168	11/01/2015 01:50	0.154												0.096	33.9			15-09-100	0.099	
100168	11/14/2015 10:33	0.148												0.094	33.9	0.093	33.9	15-09-100	0.099	11
100168	11/29/2015 03:12		R											0.099	33.9			15-13-100	0.099	
100169	11/07/2015 10:59	0.250												0.097	34.0			14-15-100	0.099	103
100169	11/28/2015 03:06													0.109	34.2			14-15-100	0.099	11
101708	11/08/2015 01:54	0.134		0.142										0.099	34.1	0.098	34.0	15-05-100	0.099	
101708	11/08/2015 08:54	0.073												0.099	34.0			15-05-100	0.099	
101708	11/21/2015 03:48		I		R									0.098	34.1			15-05-100	0.099	
101708	11/21/2015 04:10		R											0.099	34.0			15-05-100	0.099	
101708	11/21/2015 04:30	0.165		0.166										0.098	34.0	0.099	34.1	15-05-100	0.099	

State of Vermont
DMHost for Windows

Breath Test Summary

TestDate between '11/1/2015' and '12/1/2015'

Serial #	Test Date/Time	Sample 1	1	Sample 2	2	Sample 3	3	Samplel 4	4	Sample 5	5	Sample 6	6	Sim 1	Sim T*	Sim 2	Sim T*	Sim Lot	Target	Status Code
102506	11/01/2015 02:43	0.137												0.096	34.1			15-07-100	0.100	
102506	11/15/2015 11:07	0.156												0.095	34.1			15-07-100	0.100	
102506	11/22/2015 08:49	0.128												0.096	34.1	0.096	34.0	15-07-100	0.100	
102706	11/07/2015 12:20	0.131		0.123										0.094	34.0	0.094	33.9	15-09-100	0.099	
102706	11/08/2015 04:23													0.093	34.0			15-09-100	0.099	11
102706	11/12/2015 12:30		R											0.097	34.0			15-23-100	0.097	
102706	11/23/2015 10:06		R											0.096	34.0			15-23-100	0.097	
102706	11/23/2015 10:36	0.148		0.148										0.096	33.9	0.097	34.0	15-23-100	0.097	
102706	11/26/2015 02:18	0.201												0.096	34.0	0.094	33.9	15-23-100	0.097	
102706	11/26/2015 07:58	0.035												0.096	34.0			15-23-100	0.097	
102706	11/29/2015 03:41		R											0.096	34.0			15-23-100	0.097	
103709	11/01/2015 12:17	0.126		0.125										0.098	34.0	0.098	34.0	15-05-100	0.099	
103709	11/01/2015 01:25		R											0.098	34.0			15-05-100	0.099	
103709	11/06/2015 02:51	0.168		0.165										0.098	34.0	0.097	34.0	15-05-100	0.099	
103709	11/08/2015 01:36	0.112												0.099	34.0			15-05-100	0.099	
103709	11/08/2015 02:32	0.051												0.097	34.0			15-05-100	0.099	
103709	11/11/2015 12:10	0.114			I									0.098	34.1	0.098	33.9	15-05-100	0.099	
103709	11/21/2015 02:18	0.128												0.097	34.0			15-05-100	0.099	
103709	11/22/2015 01:51		R											0.097	34.0			15-05-100	0.099	
103709	11/22/2015 05:07	0.077												0.097	34.0	0.097	34.1	15-05-100	0.099	
103709	11/27/2015 09:42													0.097	34.0			15-05-100	0.099	23
103709	11/27/2015 09:47	0.072		0.069										0.097	34.0	0.097	34.1	15-05-100	0.099	
103709	11/28/2015 08:42	0.098												0.097	34.0			15-05-100	0.099	
103709	11/29/2015 02:29	0.096		0.094										0.096	34.1	0.096	34.0	15-05-100	0.099	
103709	11/30/2015 09:55		R											0.097	34.1			15-05-100	0.099	
103709	11/30/2015 10:17	0.078												0.097	34.0			15-05-100	0.099	
104209	11/01/2015 04:23	0.156		0.146										0.100	34.0	0.099	33.9	15-07-100	0.100	
104209	11/14/2015 12:34	0.152		0.150										0.098	34.0	0.098	33.8	15-07-100	0.100	
104209	11/20/2015 03:01	0.195												0.099	34.2			15-07-100	0.100	16
104209	11/20/2015 03:10													0.099	34.2			15-07-100	0.100	103
104309	11/13/2015 12:58		R											0.099	34.1			15-09-100	0.099	

State of Vermont
DMHost for Windows

Breath Test Summary

TestDate between '11/1/2015' and '12/1/2015'

Serial #	Test Date/Time	Sample 1	1	Sample 2	2	Sample 3	3	Samplel 4	4	Sample 5	5	Sample 6	6	Sim 1	Sim T*	Sim 2	Sim T*	Sim Lot	Target	Status Code
104309	11/22/2015 12:11		R											0.098	34.1			15-09-100	0.099	
104409	11/01/2015 02:27	0.086		0.089										0.096	34.1	0.098	34.0	15-12-100	0.099	
104409	11/01/2015 03:34	0.085		0.085										0.096	33.9	0.097	34.0	15-12-100	0.099	
104509	11/28/2015 12:22	0.119												0.099	33.9			15-09-100	0.099	
104609	11/07/2015 10:09	0.114		0.117										0.098	34.1	0.097	33.9	15-13-100	0.099	
104609	11/14/2015 01:24	0.000												0.098	34.1			15-13-100	0.099	
104609	11/18/2015 02:01	0.111		0.120										0.095	34.2	0.097	34.1	15-13-100	0.099	
104609	11/25/2015 02:27	0.197												0.094	33.9	0.094	33.8	15-13-100	0.099	103
104609	11/30/2015 11:07		I		I		I							0.094	34.2			15-13-100	0.099	
104809	11/01/2015 01:31	0.182												0.100	33.9			15-12-100	0.099	
104809	11/03/2015 12:41	0.191		0.191										0.098	34.0	0.098	34.0	15-12-100	0.099	
104809	11/07/2015 01:08	0.126												0.101	34.0			15-12-100	0.099	
104809	11/13/2015 05:06	0.169												0.099	34.0			15-12-100	0.099	
104809	11/16/2015 05:38	0.040												0.100	33.9			15-12-100	0.099	103
104809	11/20/2015 02:46	0.179												0.099	34.0			15-12-100	0.099	
104809	11/26/2015 12:53	0.189		0.189										0.097	34.0	0.098	34.0	15-12-100	0.099	
104809	11/27/2015 12:23	0.089												0.098	34.0			15-12-100	0.099	
104909	11/01/2015 01:01	0.067		0.068										0.097	34.0	0.097	34.1	15-07-100	0.100	
104909	11/01/2015 03:56		R											0.097	34.1			15-07-100	0.100	
104909	11/01/2015 04:54		I	0.137										0.097	34.0			15-07-100	0.100	
104909	11/09/2015 03:52		I		I		I							0.096	34.0	0.094	34.0	15-07-100	0.100	11
104909	11/09/2015 04:07		I		I									0.096	34.1			15-07-100	0.100	103
104909	11/09/2015 04:27													0.093	34.0			15-07-100	0.100	11
104909	11/09/2015 04:31													0.094	34.0			15-07-100	0.100	11
104909	11/09/2015 04:36		I	0.170										0.095	34.1	0.094	34.1	15-07-100	0.100	11
104909	11/09/2015 04:46	0.176												0.095	34.1			15-07-100	0.100	
104909	11/14/2015 03:11	0.142		0.143										0.096	34.0	0.096	34.0	15-07-100	0.100	
104909	11/17/2015 12:38	0.117		0.122										0.096	34.1	0.096	34.1	15-07-100	0.100	
104909	11/27/2015 10:00	0.099												0.095	34.0			15-07-100	0.100	16
104909	11/27/2015 10:22													0.094	34.0			15-07-100	0.100	11
104909	11/28/2015 03:38	0.138												0.098	34.0			15-07-100	0.100	

State of Vermont
DMHost for Windows

Breath Test Summary

TestDate between '11/1/2015' and '12/1/2015'

Serial #	Test Date/Time	Sample 1	1	Sample 2	2	Sample 3	3	Samplel 4	4	Sample 5	5	Sample 6	6	Sim 1	Sim T*	Sim 2	Sim T*	Sim Lot	Target	Status Code
121506	11/03/2015 08:26		R											0.097	34.0			15-06-100	0.100	
121506	11/17/2015 03:41	0.142		0.138										0.095	34.0	0.095	33.9	15-06-100	0.100	
121506	11/20/2015 10:00	0.114		0.110										0.096	34.0	0.095	34.0	15-12-100	0.099	
122106	11/01/2015 01:29	0.097		0.101										0.098	33.9	0.098	34.0	15-09-100	0.099	
122106	11/21/2015 01:01	0.152												0.097	34.0			15-09-100	0.099	
122106	11/22/2015 01:40	0.143		0.142										0.097	34.0	0.098	34.0	15-09-100	0.099	
122206	11/08/2015 12:38	0.136		0.137										0.099	34.0	0.099	33.9	15-13-100	0.099	
122206	11/15/2015 07:10	0.090		0.092										0.100	34.0	0.098	34.0	15-13-100	0.099	
122406	11/06/2015 09:21	0.150		0.151										0.098	34.0	0.095	33.9	15-05-100	0.099	
122406	11/19/2015 06:04	0.145												0.096	34.0			15-05-100	0.099	
122406	11/29/2015 03:42		R											0.096	34.0			15-05-100	0.099	
123006	11/07/2015 03:35	0.116		0.119										0.100	34.1	0.099	34.1	15-12-100	0.099	
123006	11/08/2015 05:12	0.070												0.100	34.0			15-12-100	0.099	
123006	11/12/2015 11:25	0.069												0.100	34.1			15-12-100	0.099	
123006	11/26/2015 04:11	0.169												0.097	34.2			15-12-100	0.099	16
123006	11/26/2015 04:17	0.166												0.097	34.1			15-12-100	0.099	
123006	11/28/2015 03:55	0.169												0.098	34.1			15-12-100	0.099	
123106	11/01/2015 02:13	0.133												0.101	34.0			15-12-100	0.099	
123106	11/25/2015 10:29	0.217												0.098	34.0			15-12-100	0.099	
123306	11/14/2015 10:32	0.107												0.098	34.0			15-09-100	0.099	

End of Report